



检 验 报 告

TEST REPORT



(替代WT204030410报告)

报告编号: WT204037529

第 1 页, 共 4 页

委 托 单 位 : 东莞康力讯电子科技有限公司

委托单位地址 : 广东省东莞市企石镇深宝路6号

样 品 名 称 : 防护口罩

型号/规格/等级: CTPL-0020

检 验 类 别 : 送样检验

检 验 地 点 : 龙华实验基地

深圳市计量质量检测研究院
(检验检测专用章)

签发日期: 2020年05月13日

批准人:

邓海英

签名 :

邓海英



检 验 报 告

报告编号: WT204037529

第 2 页, 共 4 页

样品信息:

样品名称: 防护口罩
商标: 见附页
型号/规格/等级: CTPL-0020
样品编/批号: CTPL-KN95-0020
生产日期: 2020-04-18
生产单位: 东莞康力讯电子科技有限公司
生产单位地址: 广东省东莞市企石镇深宝路6号
样品数量: 7个
抽样地点: _____
抽样人员: _____
检前样品描述: 正常。

抽样基数: _____

客户信息:

委托单位: 东莞康力讯电子科技有限公司
委托单位地址: 广东省东莞市企石镇深宝路6号
委托单位电话: 18046998718
邮政编码: _____
受检单位: _____

检验信息:

委托日期: 2020年04月27日
检验类别: 送样检验
检验日期: 2020年04月27日 至 2020年05月07日
检验环境条件: (18~25) °C (30~70) %RH
判定依据: GB 2626-2019
检测依据: GB 2626-2019

委托单号: 8290168
获样方式: 送样

检验结论:

检验结果见附页。

主检: 杨君

审核: 陈开江



检 验 报 告

报告编号: WT204037529

第 3 页, 共 4 页

检 验 项 目	方 法 标 准	标 准 要 求	实 测 结 果	单 项 结 论
1. 吸气阻力 (Pa) (GB 2626-2019)	GB 2626-2019	随弃式面罩, 有呼气阀 KN95: ≤250	未预处理样品: 1# 2# 93.5 87.3 预处理样品: 1# 2# 60.0 67.5 (通气量: 85L/min)	符合
2. 呼气阻力 (Pa) (GB 2626-2019)	GB 2626-2019	随弃式面罩, 有呼气阀 KN95: ≤150	未预处理样品: 1# 2# 58.4 52.1 预处理样品: 1# 2# 54.9 52.9 (通气量: 85L/min)	符合
3. 头带 (GB 2626-2019)	GB 2626-2019	随弃式面罩 10N, 持续10s 不应出现滑脱或断裂	未预处理样品: 1#~2#未出现头带与面罩罩体连接 部位断裂或滑脱现象 预处理样品: 1#~2#未出现头带与面罩罩体连接 部位断裂或滑脱现象	符合



检 验 报 告

报告编号: WT204037529

第 4 页, 共 4 页

附注:

1. 温度湿度预处理, 顺序按下述条件处理:

a) 在 $(38 \pm 2.5)^\circ\text{C}$ 和 $(85 \pm 5)\%$ 相对湿度环境放置 (24 ± 1) h;

b) 在 $(70 \pm 3)^\circ\text{C}$ 干燥环境放置 (24 ± 1) h;

c) 在 $(-30 \pm 3)^\circ\text{C}$ 环境放置 (24 ± 1) h。

样品温度恢复至室温后5h, 再进行检测。

2. 客户提供适用商标如下:



以下空白



检 验 报 告

TEST REPORT



(替代WT204030409报告)

报告编号: WT204037528

第 1 页, 共 3 页

委 托 单 位 : 东莞康力讯电子科技有限公司

委托单位地址 : 广东省东莞市企石镇深宝路6号

样 品 名 称 : 防护口罩

型号/规格/等级: CTPL-0020

检 验 类 别 : 送样检验

检 验 地 点 : 龙华实验基地

深圳市计量质量检测研究院
(检验检测专用章)



批准人: 邓海英

签发日期: 2020年05月13日

签名 : 邓海英



检 验 报 告

报告编号: WT204037528

第 2 页, 共 3 页

样品信息:

样品名称: 防护口罩
商标: 见附页
型号/规格/等级: CTPL-0020
样品编/批号: CTPL-KN95-0020
生产日期: 2020-04-18
生产单位: 东莞康力讯电子科技有限公司
生产单位地址: 广东省东莞市企石镇深宝路6号
样品数量: 7个
抽样地点: _____
抽样人员: _____
检前样品描述: 正常。

抽样基数: _____

客户信息:

委托单位: 东莞康力讯电子科技有限公司
委托单位地址: 广东省东莞市企石镇深宝路6号
委托单位电话: 18046998718
邮政编码: _____
受检单位: _____

检验信息:

委托日期: 2020年04月27日
检验类别: 送样检验
检验日期: 2020年04月27日 至 2020年04月30日
检验环境条件: (18~25)℃ (30~70)%RH
判定依据: GB 2626-2019
检测依据: GB 2626-2019

委托单号: 8290168

获样方式: 送样

检验结论:

检验结果见附页。

主检:

林月明

林月明

审核:

王燕归

王燕归



检 验 报 告

报告编号：WT204037528

第 3 页，共 3 页

检 验 项 目	方 法 标 准	标 准 要 求	实 测 结 果	单 项 结 论
呼吸阀保护装置 (GB 2626-2019)	GB 2626-2019	随弃式面罩 10N，持续10s 不应出现滑脱、断裂和变形	1#~3#未出现呼气阀保护装置和面罩 罩体连接部位断裂、滑脱和变形现象 (定负荷：10N, 持续10s)	符合

附注：

1. 客户提供适用商标如下：



2. 样品图片：



以下空白



检 验 报 告

TEST REPORT



报告编号: WT204030414

第 1 页, 共 5 页

委托单位 : 东莞康力讯电子科技有限公司
委托单位地址 : 广东省东莞市企石镇深宝路6号
样品名称 : 防护口罩
型号/规格/等级: CTPL-0020
检验类别 : 送样检验
检验地点 : 龙华实验基地

深圳市计量质量检测研究院
(检验检测专用章)

签发日期: 2020年05月26日

批准人: 何行月

签名 : 何行月



检 验 报 告

报告编号: WT204030414

第 2 页, 共 5 页

样品信息:

样品名称: 防护口罩

商标: 见附页

型号/规格/等级: CTPL-0020

样品编/批号: CTPL-0020

生产日期: 2020-04-18

生产单位: 东莞康力讯电子科技有限公司

生产单位地址: 广东省东莞市企石镇深宝路6号

样品数量: 7个

抽样基数: -----

抽样地点: -----

抽样人员: -----

检前样品描述: 正常。

客户信息:

委托单位: 东莞康力讯电子科技有限公司

委托单位地址: 广东省东莞市企石镇深宝路6号

委托单位电话: 18046998718

邮政编码: -----

受检单位: -----

检验信息:

委托日期: 2020年04月27日

委托单号: 8290168

检验类别: 送样检验

获样方式: 送样

检验日期: 2020年04月27日 至 2020年05月26日

检验环境条件: (18~25)℃ (30~70)%RH

判定依据: GB 2626-2019

检测依据: GB 2626-2019

检验结论:

检验结果见附页。

主检: 谢丹菊

谢丹菊

审核: 陈开江

陈开江



检 验 报 告

报告编号: WT204030414

第 3 页, 共 5 页

检 验 项 目	方 法 标 准	标 准 要 求	实 测 结 果	单 项 结 论
过滤效率 (%) (GB 2626-2019)	GB 2626-2019	用氯化钠颗粒物检测: KN95≥95.0	未预处理样品: 1#: 97.83 2#: 99.87 3#: 96.35 4#: 99.91 5#: 99.88 6#: 97.93 7#: 98.76 8#: 98.27 9#: 96.73 10#: 98.17 预处理样品: 1#: 99.42 2#: 99.46 3#: 99.49 4#: 99.28 5#: 99.55 KN类 试验温度: 24.7℃ 相对湿度: 34.7% 颗粒物: NaCl 颗粒物浓度: 15mg/m ³ (检测流量: 85L/min)	符合

附注:

1. 温度湿度预处理, 顺序按下述条件处理:

- a) 在 (38±2.5) °C 和 (85±5) %相对湿度环境放置 (24±1) h;
- b) 在 (70±3) °C 干燥环境放置 (24±1) h;
- c) 在 (-30±3) °C 环境放置 (24±1) h.

样品温度恢复至室温后5h, 再进行后续检测。



检 验 报 告

报告编号: WT204030414

第 4 页, 共 5 页

2. 客户提供适用商标如下:



3. 样品图片:





检 验 报 告

报告编号: WT204030414

第 5 页, 共 5 页



以下空白